

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku ”,

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód w komplecie z maską pakowaną osobno?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuści.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor naczelny
lek. med. Leszek Pluciński