

Znak sprawy: ZP/1/2017

Chełmża, dnia 18.09.2017 r.

MODYFIKACJA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARTINKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy 19 częściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) na „Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży” .

**Szpital Powiatowy Spółka z o.o. działaając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 6 F opisu przedmiotu zamówienia- formularza ofertowo-ocenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ**

Zakres modyfikacji jest następujący:

Część 6 F

Przedmiot zamówienia	Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto		ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
					Cena jednostkowa brutto	Łączna cena 5 sztuk brutto:	
SSAKI				5	.....	.....	
<b>OPIS PARAMETRU, FUNKCJI</b>							
F1.							TAK/NIE
							Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa

Wydajność ssania 18 l/min (mierzona w zakresie pracy, za zbiornikiem na wydzielinę)	
Membranowy regulator podciśnienia umożliwiający precyzyjne ustawienie podciśnienia	
<b>Wielostopniowe zabezpieczenie przed przeaniem pompy</b>	
Ssak przystosowany do pracy ciąglej 24 h/dobę	
Pompa tłokowa niskooobrotowa wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji	
Lekki (do 3,5 kg), mały (max. 40 x 20 x 30 cm) i łatwy do przenoszenia (z uchwytem do przenoszenia)	
Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietkający z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszybowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany	
Wkładы jednorazowe 1,5 l kompatybilne do w/w zbiornika – 20 szt.	
Filtry antybakteryjne - 5 szt.	

	Dren silikonowy do pacjenta z łącznikiem do cewników - 2 m
<b>Możliwość powieszenia na szynie Modura i na wózku jezdny</b>	
<p><b>DODATKOWE WYMAGANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarancja - min. 24 miesiące,</li> <li>- czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia,</li> <li>- w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu,</li> <li>- Gwarancja obejmuje wszystkie części.</li> <li>- Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego.</li> <li>- Wykonawca zobowiązały jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu.</li> <li>- Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie gwarancji</li> <li>- Możliwość zgłaszenia usterki 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłatności 0-800/0-801)</li> <li>- możliwość weryfikacji statusu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłatności 0-800/0-801)</li> <li>- możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłatności 0-800/0-801)</li> </ul> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta</p>	

Załącznik nr F2 - Część 6

Przedmiot zamówienia	Producent (pełna nazwa, adres)	Nazwa handlowa	Model/typ/ numer katalogowy	Ilość	Wartość brutto
----------------------	-----------------------------------	----------------	--------------------------------	-------	----------------

Ssak		1	Kwota brutto: .....
<b>OPIS PARAMETRU, FUNKCJI</b>			
F 2.			
OPONOWIĘDŹ OFERENTA TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	WYMAGI GRANICZNE TAK/NIE	TAK	TAK/NIE
Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mmHG)			
Wydajność 30 l/min ( mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzielinę)			
Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg			
Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.			
Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.			
Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne			
Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (ponizej 50 obr/min) tłokowa			
Bardzo niski poziom hałasu (ponizej 37 dB)			
<b>Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający</b>			

<b>0,25- 0,3 litra.</b>	
Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria.	
Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany - wbudowany w wózek	
Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietrujące z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszybowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu	
<b>Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów</b>	
Wkładы jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt.	
Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.	
Dren silikonowy do pacjenta – 2 m	
Metalowy uchwyt na dren	
Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21	

Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%	
Pobór mocy max. 50 W	
Wymiary 985 x 510x 470 mm	
<b>Waga nie większa niż 17 kg</b>	
<b>DODATKOWE WYMAGANIA</b>	
<p>- gwarancja min. 60 miesiąca,</p> <p>- czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.</p> <p>- w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu,</p> <p>- Gwarancja obejmuje wszystkie części.</p> <p>- Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>- Wykonawca zobowiązaany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu.</p> <p>- Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji</p> <p>- Możliwość zgłoszania usterki 24 h/dobę za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłacie 0-800/0-801)</p> <p>- możliwość weryfikacji stanu zgłoszenia gwarancyjnego i naprawy za pośrednictwem co najmniej jednej z poniższych dróg komunikacji: e-mail lub witryny internetowej lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłacie 0-800/0-801)</p> <p>- możliwość weryfikacji gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem witryny internetowej lub e-mail lub infolinii producenta sprzętu (ogólnopolski numer o zredukowanej opłacie 0-800/0-801)</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta</p>	

<b>Łączny koszt brutto w części 1 zamówienia stanowi sumę pozycji F1 +</b>	.....
<b>F2</b>	Stownie: .....

#### Oświadczenie Wykonawcy:

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletnie, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksplotacyjnych. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczących obsługi zaofertowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

Oświadczam, że zaofierowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa Świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

Miejscowość i data: GŁĘBOKA 18.09.2014r.

PRZEDSTAWIAJĄCY  
Dyrektor Wydziału  
Lech Wacław Płuciński  
.....  
podpis uprawnionego przedstawiciela  
wykonawcy

Modyfikacji ulega załącznik nr 5 F do SIWZ – wóz umowy, w ten sposób, że:

**§ 5 ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi, co najmniej 2 lata (24 miesiące) dla pozycji F1 zgodnie z zapisami formularza ofertowo-cenowego - załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 5 lata (60 miesięcy) dla pozycji F2 zgodnie z zapisami formularza ofertowo-cenowego - załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 10 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Część 6 F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowo-cenowy - załącznik nr 1 do niniejszej umowy - stanowiący Załącznik nr 1F i 2F do SIWZ z dnia 7.08.2017 r. stanowi integralną część niniejszej umowy

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.