

Chełmża, dnia 13.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/3/2020

Uczestnicy postępowania


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu w celu przeciwdziałania COVID-19”

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka mobilnego o parametrach:

Ssak akumulatorowo-sieciowy, przenośny, zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym , wyposażony w słój o pojemności min. 1 L, z regulowaną siłą ssania w zakresie -0,1 do -0,86 bar, o przepływie ok. 30 l/min., żywotność akumulatora na ok 500 cykli

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
lek. med. Leszek Pluciński