

Chełmża, dnia 12.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/3/2020

#### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu w celu przeciwdziałania COVID-19”

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 47-79 cm?


**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2016, który jest aktualną wersją ISO 13485:2012?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor naczelny  
lek. med. Urszula Plucińska