

Chełmża, dnia 13.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/3/2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu w celu przeciwdziałania COVID-19”

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 10


Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych zasilany 4 bateriami AA? Oferowany przez nas pulsoksymetr posiada dodatkową funkcję FastSAT, która umożliwia śledzenie w sposób ciągły nawet bardzo gwałtownych zmian w saturacji pacjenta.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 10

Czy Zamawiający wymaga technologii Masimo SET, która pozwala na precyzyjne i wiarygodne odczyty saturacji także podczas ruchu pacjenta i w stanach obniżonej perfuzji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wymaga


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
lek. med. Leszek Pluciński