

Chełmża, dnia 01.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/2/2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę łóżek elektrycznych z szafką przyłóżkową i materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów”

Załącznik 1A

Punkt 3

- Czy Zamawiający dopuści pantograf podpierający leżę w 6 punktach ?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca 12 cm ?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 10

- Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w przedziale 400-800 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 10

- Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w przedziale 350-740 mm?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesne szczyty całe z tworzywa ABS ?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne tworzywowe barierki, które zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka oraz są zdecydowanie nowocześniejsze i wygodniejsze w użyciu.
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści barierki okrągłe lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili ?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 22

- Czy Zamawiający dopuści metalowe uchwyty materaca ?
Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 22

- Czy Zamawiający dopuści kątomierze umieszczone w barierkach w widocznym miejscu ?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Szafka przyłóżkowa

Punkt 3

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez haczyku na ręcznik ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści szafkę bez tworzywowego uchwytu na szklanke ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
lek. med. Leszek Pluciński